



APROB
Șeful Centrului de Cercetare Științifică
pentru Apărare CBRN și Ecologie
Col.dr.ing. Gabriel EPURE

AVIZ TEHNIC TEMPORAR
NR. 593
pentru produsul

Mască facială de uz general

PRODUCĂTOR: SC Global Treat SRL, str. Portului nr. 157, Galați, jud. Galați

Documente de referință:

1. Documentații producător:
Cererea privind avizarea tehnică nr. A/2456 din 09.05.2020.
Specificația de fabricație a produsului – 12 file;
Instrucțiuni de utilizare/ fișe tehnice/ declarații/ certificate: 9 file;
2. Standarde aplicabile: standard de bază - SR EN 14683+AC:2019 - Măști faciale de uz medical. Cerințe și metode de încercare.

MARCAȚI VARIANTA

Procedurile și rezultatele analizate îndeplinesc cerințele și sunt acceptate. Produsul este conform cu standardele și specificațiile aplicabile.

Vezi Rezultatele testării (anexa 1)

Produsul nu este conform cu standardele și specificațiile aplicabile.

* Valabil pe perioada stării de urgență

SEMĂTURILE MEMBRILOR COMISIEI DE AVIZARE TEHNICĂ
Președinte

Col.dr.ing. Claudiu Lăzăroaie

Membri

1. Lt.col.dr.ing. Ciprian Său
2. Cpt.ing. Raluca Ginghină
3. Cpt.ing. Ovidiu Iorga

ANALIZA DOCUMENTAȚIEI / TESTARE

Nr. crt.	Caracteristica	U/M	Valoare/ caracteristică impusă	Valoare/ caracteristică obținută	Concluzii	Observații (metode, standarde)
			Tip 1			
1.	Design	-	Masca trebuie să fie astfel confecționată astfel încât să asigure o etanșare cât mai bună față de nas, gură și bărbie.	Masca este confecționată astfel încât asigură o etanșare bună față de nas, gură și bărbie.	corespunde	Fișa de măsurători nr. 584
2.	Eficiența de filtrare - bacteriană (BFE)	%	≥ 95	>95	corespunde	Fișa de măsurători nr. 584
3.	Respirabilitatea / cădere de presiune	Pa/cm ²	< 40	16,7	corespunde	Fișa de măsurători nr. 584
4.	Rezistență la stropire (ISO 22609)	kPa	Nu e cazul	-	-	-
5.	Sterilitate	(cfu/g)	≤ 30	<30	corespunde	Buletin de analiză nr. 226/ 11.05.2020
6.	Biocompatibilitate	-	Materialele de confecție nu trebuie să cauzeze iritarea pielii sau să aibă efecte negative asupra sănătății (SR EN ISO 10993-1)	Materialul nu cauzează iritarea pielii și nu are efecte negative asupra sănătății	corespunde	Certificat OEKO-TEX nr. 10.HRU. 74012 emis de Hohenstein Textile Testing Institute Germania