

MEDISEPT

Konopnica, 09.10.2018

DECLARAȚIE

Noi, Medi-Sept Sp. zoo, situat în Konopnica, 159c, PL/21030, Motycz, Polonia, ca producător al dispozitivului medical clasa IIb "Viruton® Pulver" destinat curățării și dezinfectării instrumentelor medicale, declarăm următoarele cu privire la caracteristicile produsului "Viruton® Pulver":

1. Este compatibil cu bazinele cu ultrasunere,
2. Este biodegradabil conform cerințelor de mediu,
3. Soluția de lucru are toxicitate scăzută,
4. Soluția de lucru (1%) nu are acțiune iritantă asupra pielii, tractului respirator, mucoasei oculare și bucale, nu necesită utilizare în camere prevăzute cu ventilație specială,
5. Produsul conține o substanță care ajută procesul de curățare.
6. Produsul este compatibil cu majoritatea tipurilor de materiale care intră în compoziția dispozitivelor medicale (metal, sticlă, plastic, cauciuc, instrumente și alte dispozitive medicale).
7. Produsul are perioada de garanție de 2 ani (24 luni) și este stabil și sigur împotriva contaminării din momentul deschiderii recipientului până la data expirării.

Semnătură indescifrabilă
Grzegorz Gromadzki
Tehnician producție
ȘTAMPILĂ